

FAQ

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER LA FORNITURA, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UNA MACCHINA PER LITOGRAFIA LASER SENZA USO DI MASCHERE FISICHE (MASKLESS LASER LITHOGRAPHY TOOL) - CIG A036D9441E.

1 - DOMANDE

I requisiti di capacità tecnico professionale saranno prestati da un nostro fornitore estero. 1) Mi potete confermare che bisogna procedere con l'avvalimento? In caso affermativo. 2) E' possibile far creare il DGUE dell'ausiliaria tramite il portale <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it?> 3) pag 20 punto 15.3 a) A che pagina si trova il punto 15.7? 4) per dichiarazione di avvalimento si intende il modulo "dichiarazione integrativa per l'ausiliaria"? 5) avete uno schema di contratto di avvalimento o lo dobbiamo fornire noi?

RISPOSTE

- 1) Si conferma che nel caso prospettato bisogna ricorrere all'avvalimento;
- 2) occorre utilizzare il DGUE allegato alla documentazione di gara. Come previsto dal punto 13.1 del disciplinare tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana;
- 3) il punto 15, n. 7 del Disciplinare di gara si trova a pag. 17;
- 4) si, per dichiarazione di avvalimento si intende la dichiarazione integrativa che deve rendere l'ausiliaria;
- 5) non è previsto uno schema di contratto di avvalimento. Il contratto di avvalimento deve essere redatto dai concorrenti e deve contenere quanto indicato nel punto 7 del Disciplinare di gara: le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

2 - DOMANDA

Per quanto riguarda le fatture relative alle forniture analoghe a comprova del requisito è possibile fornire queste informazioni oscurando il cliente finale/intestatario della fattura.

RISPOSTA

La documentazione da produrre a cura del concorrente aggiudicatario per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere integrale e pertanto senza oscuramenti. I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.

3 – DOMANDA

Criterio n. 15 (Profondità di campo DZ) e Criterio n. 16 (AR del fuoco): poiché entrambe le grandezze sono direttamente dipendenti dalla tipologia di resist utilizzato, si richiede di indicare la tipologia di resist a cui si fa riferimento per la determinazione dei valori di cui ai criteri sopra riportati.

RISPOSTA

Non essendo stato specificato nel Capitolato di gara, i parametri di cui ai criteri n. 15 e n. 16 possono essere calcolati per un fotoresist a scelta del concorrente.